

halstrup-walcher GmbH · Stegener Straße 10 · 79199 Kirchzarten

Max Mustermann
Musteradresse
12345 Musterstadt**halstrup-walcher GmbH**Stegerer Straße 10
79199 KirchzartenTelefon +49 7661 39 63-0
Telefax +49 7661 39 63-99
www.halstrup-walcher.de
info@halstrup-walcher.de

Entscheidungsregel bei der Konformitätsbewertung

Für DAkkS-Kalibrierscheine ist eine Konformitätsaussage optional bestellbar. Die Konformitätsaussage betrifft die Einhaltung einer Spezifikation für die Genauigkeit und einen kalibrierten Ausgang. Folgende Reihenfolge wird dabei zur Ermittlung der Spezifikation herangezogen:

1. Angaben des Kunden. Falls der Kunde keine Angaben gemacht hat ⇒
2. Angaben auf dem Typenschild des Kalibriergegenstands (Herstellerspezifikation). Falls keine Angaben auf dem Kalibriergegenstand lesbar sind ⇒
3. Angaben aus Datenblättern und Bedienungsanleitungen des Herstellers. Im Kalibrierschein wird das Dokument bezeichnet, das die Spezifikation enthält.

Die Konformitätsaussage wird auf dem ausgestellten Kalibrierschein für jeden kalibrierten Ausgang individuell mit der entsprechenden Hochzahl angegeben. Die entsprechende Hochzahl wird individuell an jedem Messwert angebracht.

Die Bedeutung der Hochzahl können Sie im Folgenden nachlesen:

Konformitätsaussage:

- 1) Messwert inklusive erweiterter Messunsicherheit liegt innerhalb der Spezifikation.
- 2) Messwert liegt innerhalb der Toleranz, während Differenz oder Summe aus Messwert und erweiterter Messunsicherheit außerhalb der festgelegten Toleranz liegen.
- 3) Messwert liegt außerhalb der Spezifikation, aber Differenz oder Summe aus Messwert und erweiterter Messunsicherheit liegen teilweise innerhalb der festgelegten Toleranz.
- 4) Messwert inklusive erweiterter Messunsicherheit liegt außerhalb der Spezifikation.